



Institutul National de Diabet, Nutritie și Boli Metabolice "Prof. dr. N. Paulescu"

Str. Ion Movilă nr. 5-7
020475, sector 2
București

Tel: 210.84.99 (centrala)
211.90.92
Fax: 212.07.68

182 3859/03.08.2014

CATRE,

Potentiali ofertanti la procedura de achizitie avand ca obiect atribuirea contractului de furnizare

Materiale consumabile hemodializa si dializa peritoneala

- Denumire, adresa, date de contact autoritate contractanta:** Institutul National de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice "Prof. dr. N. C. Paulescu", cu sediul in Bucuresti, str. Ion Movila, nr. 5 - 7, sector 2, telefon: 210.84.99, fax: 212.07.68, e-mail: admin@paulescu.ro
- Denumire achizitie:** Materiale consumabile hemodializa
- Cod CPV:** 33181500-7 – Consumabile de uz renal
33692800-5 – Solutii de dializa
33181520-3 – Consumabile pentru dializa renala
- Procedura de atribuire aleasa:** negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare in temeiul art. 104 alin 1) lit. c) din Legea nr. 98/2016
- Loc livrare produse:** sediul autoritatii contractante din Bucuresti
- Specificatii tehnice, cantitate si valoare estimata**

Nr. lot	Denumire produs	U.M.	Cantitate	Valoare estimata totala (lei fara TVA)
1	Dializor high flux Caracteristici: suprafata 1.79-1.89 mp, Kuf min. 60 ml/mln/h*mmHg, sterilizat cu abur/gamma, membrana sintetica (polisulfona)	BUC	1.200	66.000
2	Linie de sange arterio-venoase pentru pompa simpla Caracteristici: <ul style="list-style-type: none">- linie arteriala: conector arterial cod rosu de culoare pentru pacient si pentru dializor, punga de colectare prevazuta cu piesa in Y, segment de pompa arterial cu diametru 8,0 mm si cod de culoare rosu;- linia venoasa: conector venos cod abastru pentru pacient si dializor, capcana venoasa de aer cu	BUC	1.200	15.600

	<p>diametru 22 mm cu port de acces, cu o structura care permite eliminarea usoara a aerului. modalitate de sterilizare EO-etilen oxid</p>			
3	<p>Linie arterio-venoasa pentru pompa dubla Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - linie arteriala, conector arterial cod rosu de culoare pentru pacient si pentru dializor, punga de colectare prevazuta cu piesa in Y, segment de pompa arterial cu diametru 8,0 mm si cod de culoare rosu: - linie venoasa: conector venos cod abastru pentru pacient si dializor, capcana SN/camera de expansiune venoasa de aer cu diametru 22 mm cu port de acces, cu o structura care permite eliminarea usoara a aerului: modalitate de sterilizare EO-etilen oxid. Punga drenaj - situat la capatul liniei venoase. 	BUC	40	26.400
4	Linie pentru lichidul de substitutie pentru hemodiafiltrare online	BUC	60	390
5	<p>Canule 16G arteriale Caracteristici: canule prevazute cu fluturas rotativ, sterilizate cu gamma cod de culoare dupa tip: arteriale/venoase</p>	BUC	500	500
6	<p>Canule 16G venoase Caracteristici: canule prevazute cu fluturas rotativ, sterilizate cu gamma cod de culoare dupa tip: arteriale/venoase</p>	BUC	500	500
7	<p>Solutie concentrata pentru hemodializa – componenta acida Caracteristici: solutie concentrata pentru hemodializa cu bicarbonat, componenta acida, sub forma de granule, compatibila cu mixer detip Granumix, cu glucoza</p>	LITRU	5.000	15.500
8	<p>Solutie concentrata pentru hemodializa – componenta bazica Caracteristici: solutie concentrata pentru hemodializa cu bicarbonat componenta bazica, compatibilitate atestata cu mixer de tip Granumix</p>	LITRU	6.000	15.120
9	Solutie dezinfectanta pentru aparatele de hemodializa cu acid peracetic	LITRU	50	525
10	Filtru pentru inlaturarea/absortia endotoxinelor si agentilor pirogeni din dializant pur/ultrapur	Buc	6	3.300
11	<p>Pungi cu solutie de dializa peritoneala pentru CAPD Caracteristici: concentratie glucoza anhidra 1,5/ph 5,5: sistem cu dubla punga, fara deconectare in timpul</p>	punga	1.200	17.796

	schimbului, volum 2000 ml			
	Pungi cu solutie de dializa peritoneala pentru CAPD Caracteristici: concentratie glucoza anhidra 2,3/ph 5,5: sistem cu dubla punga, fara deconectare in timpul schimbului, volum 2000 ml	punga	400	6.580
	Capace dezinfectante pentru dializa peritoneala Caracteristici: capace dezinfectante pentru dializa peritoneala de unica intrebuintare, compatibile cu sistemul de dializa STAY SAFE, rezervor integrat cu povidone iodine	buc	2.400	4.080
	TOTAL			172.291

7. **Termen limita de depunere oferte:** 07.08.2017, ora 9, la sediul autoritatii contractante, respectiv Bucuresti, str. Ion Movila, nr. 5 - 7, sector 2
8. **Data si ora sedinta de negociere:** 07.08.2017, ora 9.30, la sediul autoritatii contractante, respectiv Bucuresti, str. Ion Movila, nr. 5 - 7, sector 2
9. **Cerintele autoritatii contractante:**

Ofertele se depun pe loturi. Un ofertantul are dreptul de a depune oferta pentru un sau mai multe loturi.

Ofertantii vor depune:

- declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59, 60, 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016
- propunere tehnica prin care va face conformitatea produselor ofertate cu specificatiile tehnice minimale. La propunerea tehnica vor fi anexate fisele tehnice emise de producator.
- propunere financiara

MANAGER,
Conf. dr. Vasilica CRISTESCU



Sef Centru Dializa
Prof. Cristian SERAFINCEANU

Intocmit
Antoaneta COSTACHE

Handwritten signature of Antoaneta Costache

Dr. TEODORA ILEANA
Medic primar nefrologie
Medic Specialist diabet, nutritie
nr. 1/837517